


UAA 91

Duodiode

Hauptinstrument
Bereich

● D_{II} A 10 Volt

● **1,2 mA**



● D_I

Sollwert: 0,9-1mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● K_I

● K_{II}

F ●

F ●

Heizung: 19 Volt / 100 mA

Prüfkarte für KPM 370
Neuberger, München 25