


UAF 41

Diode - Pentode


Hauptinstrument
Bereich



● 1,2 mA

D ● A 10 Volt

Sollwert: 0,7-0,8 mA



K ●

F ●

Heizung: 12,6 Volt/100 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25