


UAF 42

Diode - Pentode

Hauptinstrument
Bereich



● **6 mA**

A ● 170 Volt

Sollwert: 5 mA

● U_{III} 85 Volt

G₂ ●

● U_I 2 Volt

G₁ ●

D ●

G₃ ●

K ●

F ●

Heizung: 12,6 Volt / 100 mA

F ●

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25