


UB 41 Duodiode

Hauptinstrument
Bereich



● DI
A10 Volt

● DI

● **1,2 mA**

Sollwert: 0,8 mA

Prüfung; **I. System**
Taste drücken!



F ●

● KI

● KI

Heizung: 12,6 Volt / 100 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25