


UBL 3

Duodiode - Pentode

Hauptinstrument

Bereich

60 mA



A 200 Volt

Sollwert: 55 mA

U_{III} 200 Volt

U_I 11,5 Volt

G_2

D_I

D_{II}

K

G_1

F

Heizung: 55 Volt / 100 mA

F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25