


UL 12 Pentode

Hauptinstrument
Bereich



● A 200 Volt

● 120 mA

Sollwert: 75 mA

● U_{III} 125 Volt

● G₂

● U_I 8 Volt

● G₁

[G₁ ●]

● K, G₃

F ●

Heizung: 60 Volt / 100 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25