


UM 35 Anzeigeröhre

Hauptinstrument
Bereich



A 100 Volt

● 3mA

● A_I ● A_I

Sollwert: ca 1-1,5 mA

● ● ●

● U_{II} 200 Volt

● L

● U_I 5 Volt

● G_{Tr}

● K, G_L

● F

● F

Heizung: 15 Volt / 100 mA

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25