


VCL 11

Triode - Tetrode

Hauptinstrument
Bereich

30 mA ●



A 200 Volt ●

Sollwert: 12 mA

U_{III} ● 200 Volt

● G₂

● U_I 4,5 Volt

● G_{1Q}

● A_{Tr}

● G_{1Tr}

● K

● F

Heizung: 90 Volt / 50 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25