

Blau-Rohr

Fernseh GmbH.
Darmstadt

Photo-Vervielfacher

Type: **VFS920S**

Nr.: **100-**

Lieferdatum: **-5. 6. 74**

Kunde: **5001/612**

Meßwerte:

*24.10.82
einges. Adr.*

*30.6.81 ausgebaut
K*

Photoempfindlichkeit bei 2850° K $\mu\text{A/Lm}$

Gesamtempfindlichkeit bei 1000 V . . . *1.8* . . . A/Lm

und folgender Spannungsteilung:

K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A
0	130	200	300	400	500	600	700	800	950	1000V

Bemerkung:
.
.

b.w.

E.hardt 624 VKE

0916 037 001

Bei Reklamation bitte diesen Zettel möglichst genau ausfüllen und mit dem Photo-Vervielfacher einsenden.

Betriebsstunden h Anodengleichstrom μA

Betriebsspannung V Mittl. Anodenstrom μA

Betriebstemperatur $^{\circ}\text{C}$ Anodenspitzenstrom μA

In welchem Gerät verwendet:

.....

.....

Reklamationsgrund:

.....

.....

.....

Datum:

Unterschrift: